

Ist das Gerät eingeschaltet, sucht man die in (→) Abb. 32 und Abb. 33) gekennzeichneten Akupunkturpunkte. Diese Punkte sind gut geeignet zur Unterstützung bei Glaukom. Sind die Punkte gefunden, gibt das Gerät einen hohen Summton von sich. Drücken Sie dann den Schalter zur Elektrostimulation des Punktes und stimulieren Sie den Punkt etwa 90 Sekunden lang.

Haben Sie den Punkt exakt getroffen, dann fühlt sich die Elektrostimulation wie ein leichter Nadelstich an. Haben Sie nicht dieses Gefühl, müssen Sie entweder die Stromstärke erhöhen oder noch einmal die exakte Lage des Akupunkturpunktes bestimmen und anschließend neu stimulieren.

Die dargestellten Punkte sind gut geeignet, die Durchblutung der Netzhaut und des Sehnervs anzuregen.




Abb. 32
Die Akupunkturpunkte für eine Selbstbehandlung der beschriebenen Augenleiden.